



**УТВЪРДИЛ:**

(Управител – Спартак Николов)

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**  
**НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

с предмет:

***„Извършване на метрологична проверка за точност след ремонт и последващи периодични проверки за точност на водомери за студена вода за нуждите на „ВиК“ ЕООД – Пловдив“***

Настоящата обществена поръчка се отнася за извършване на метрологична проверка за точност след ремонт и последващи периодични проверки за точност на водомери за студена вода за нуждите на „ВиК“ ЕООД – Пловдив, за период от 4 (четири) години след сключване на договор с определения за изпълнител участник. Обемът на метрологичната проверка на водомери за студена вода за точност след ремонт и последващи периодични проверки за точност включва:

- водомери за студена вода с диаметър в мм (Ду) - 15, 20, 25, 30, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150 и 200;
- комбинирани водомери за студена вода с диаметър в мм (Ду) - 50, 65, 80, 100 и 150;
- проверка с мобилна лаборатория на водомери за студена вода с диаметър в мм (Ду) - 15, 20.

Възложителят ще заплаща всяка проверка на избрания за изпълнител участник (и на подизпълнител, ако участникът използва такъв и са изпълнени условията по чл. 66 от ЗОП), в лева, по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след извършване на услугата, представяне на приемо-предавателен протокол и данъчна фактура. Проверките ще се извършват периодично, в оправомощена лаборатория на определения за изпълнител участник, намираща се на територията на Република България, по предварителна заявка от Възложителя. Водомерите ще се предават на представител на определения за изпълнител участник, придружени от попълнено заявление за проверка (съгласно изискванията на Закона за измерванията), с поставени пломбажна тел и оловна пломба, върху която да се постави знакът, съответстващ на резултата от метрологична проверка.

Възложителят осигурява транспортиране на водомерите, подлежащи на метрологична проверка, до и от оправомощената лаборатория на определения за изпълнител участник, в случай че последната се намира на територията на гр. Пловдив.

В случай, че оправомощената лаборатория на определения за изпълнител участник е извън територията на гр. Пловдив, определеният за изпълнител участник се задължава да осигури за своя сметка транспортирането на водомерите, подлежащи на метрологична проверка, до лабораторията за проверка и връщането им до адреса на Възложителя след извършване на проверката.

Определеният за изпълнител участник е длъжен да предава проверените водомери с поставени пломбажна тел и оловна пломба, върху която е поставен знакът, съответстващ на резултата от метрологична проверка, като ги придружава с копие от

входираното заявление, с което са заявени и копие от протокола с резултатите от проверката.

Оправомощената/ите лаборатория/ии на участника да се намира/т на територията на Република България, да разполага/т с еталони, спомагателно оборудване и обучен персонал за извършване на метрологична проверка на всички видове водомери, предмет на поръчката. Лабораторията/иите да бъде/ат оправомощена/и от Председателя на ДАМТН за извършване на метрологична проверка за всички групи водомери, предмет на поръчката.

Всеки участник трябва да участва за целия обем на предмета на поръчката.

Заличено съгласно чл. 36а  
от ЗОП и чл. 5 от  
Регламент (ЕС) 2016/679

С уважение.....  
(инж. Ив. Минчев)

Заличено съгласно чл.  
36а от ЗОП и чл. 5 от  
Регламент (ЕС) 2016/679

Съгласувам.....  
(инж. Ж. Папучаров – зам. р-л НИК)